

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Identifikace zadavatele

Název : Psychiatrická nemocnice Brno
Sídlo : Húskova 2, 618 32 Brno
Zastoupení : MUDr. Marek Radimský, ředitel
IČO : 00160105
DIČ : CZ00160105
Kontaktní osoba : Ing. Pavel Slezák
Tel. spojení : 548 123 597
Fax : 548 216 444

1. Předmět veřejné zakázky :

Zakázka zahrnuje dodávku 1 ks plně automatického hematologického analyzátoru s příslušenstvím (dále jen přístroj), jeho instalaci, uvedení do provozu, proškolení pracovníků, záruční servis.

2. Požadavky na sestavu :

Základní specifikace :

Plně automatický hematologický analyzátor splňující následující kritéria :

- výrobně nový přístroj,
- oboustranná komunikace analyzátoru s LIS,
- splnění požadavků dle norem ISO 15179 – dohledatelnost úkonů operátora, identifikace a dohledatelnost šarží použitých reagentů.

Požadavky na parametry přístroje :

- minimální rychlost analýzy 60 vzorků za hodinu,
- automatický podavač vzorků
- měřené parametry KO + DIFF,
- možnost měření i u leukopenických vzorků,
- možnost práce v uzavřeném i otevřeném modu,
- systém chybových hlášení,
- čtečka čárových kódů,
- vypracovaný kontrolní systém,
- monitoring hladiny reagentů,
- komplexní software pro interní a externí firemní QC včetně statistického vyhodnocování,
- splnění hygienického limitu ustáleného hluku (nesmí přesáhnout 50dB),
- náhradní zdroj UPS,
- tiskárna,

2

Služby spojené s dodávkou

Instalace přístroje :

- dodávka a umístění přístroje na místo určení u uživatele,
- připojení přístroje na potřebná média a zdroje energií a nastavení a ověření parametrů technického zařízení,
- protokolární předání přístroje uživateli,
- součástí dokumentace musí být tištěné manuály + CD v českém jazyce.

Školení obsluhy :

Školením obsluhy se rozumí prokazatelné sdělení všech potřebných znalostí pro bezpečné a odborné použití předmětu veřejné zakázky, včetně závěrečného ověření získaných znalostí a dovedností.

Školení obsluhy musí též vyhovovat smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Školené osoby musí dosáhnout kvalifikace pro školení dalších pracovníků uživatele v dané věci.

Servis přístroje :

- reakce na požadavek servisního zásahu je nejpozději do 24 hodin,
- možnost pro akutní nahlášení servisu s okamžitou odezvou (během pracovního dne).

3. Další podmínky a požadavky:

Doložení veškerých atestů, schvalovacích protokolů včetně prohlášení o shodě.

Z technické dokumentace musí být patrné následující informace :


- klasifikační třída přístroje,
- nároky na kalibraci, validaci, či jiná metrologická ověření a jejich četnost,
- stabilita kalibrací,
- stabilita reagentů na palubě,
- způsob sterilizace a desinfekce částí přicházející do přímého kontaktu s obsluhou,
- nároky na četnost servisních prohlídek,
- nároky na nezbytnou pravidelnou obměnu součástí přístroje,
- připojení do stávajícího systému LIS (Laboratorní informační systém).

Další požadavky zadavatele jsou uvedeny v návrhu smlouvy.

4. Platební podmínky

Úhrada ceny proběhne v návaznosti na protokolární odevzdání přístroje v době plnění, a to na základě faktury vystavené se splatností 30 dnů.

V Brně dne - 5 -11- 2015



Psychiatrická nemocnice Brno
BRNO - Černovice, Húskova 2
MUDr. Marek RADIMSKÝ
ředitel ②

MUDr. Marek Radimský
ředitel Psychiatrické nemocnice Brno

