

Specifikace:

Myčka podložních mís a močových lahví

Zakázka zahrnuje dodávku 1ks myčky podložních mís a močových lahví, včetně příslušenství, dopravy, instalace, uvedení do provozu, proškolení pracovníků, záruční servis.

Myčka podložních mís a močových lahví bude umístěna na stanici č.15 Psychiatrické nemocnice Brno, na stejném místě jako myčka podložních mís původní a měla by splňovat následující kritéria:

- výrobně nový přístroj, samostatně stojící,
- splňující normu ČSN EN ISO 15883,
- termická dezinfekce (min. 90 °C),
- nerezové provedení, hladký vnitřní povrch komory bez svarů, záhybů nebo kapes, splňující nejvyšší hygienické požadavky a minimalizující riziko usazenin a bakterií,
- plně automatizovaný proces mytí, oplachování a desinfekce,
- účinný systém fixních a rotujících trysek splňující nejvyšší kvality mytí,
- kontrolní systémy monitorující probíhající mycí cyklus, fáze cyklu a alarmy a umožňující přizpůsobení mycích cyklů požadavkům uživatele,
- minimální kapacita mytí: **1x nádoba do toaletního křesla**
- vybavení univerzálními držáky a koši na mytí jakýchkoliv užívaných nádob, co do tvaru a materiálu,
- pohodlné vkládání mís včetně obsahu bez nutnosti vyprazdňování,
- možnost mytí emitních misek a dalších hygienických nádob,
- volitelná možnost použití dezinfekčního roztoku,
- vlastní zařízení na změkčování vody, vlastní vyvíječ páry, odpad,
- 3 standardní programy: ekonomický (úsporný), standardní a intenzivní mycí program, možnost naprogramování dalších programů dle potřeb uživatele,
- trvání mycího cyklu v maximální délce 15 minut,
- systém mytí nezávislý na přírodním tlaku vody, s vyloučením zpětného vtoky znečištění do zdroje vody,
- kontrolní displej v českém jazyce (průběh cyklu, chybová hlášení, akustické alarmy),
- manuální otevírání a zavírání dveří, uzamčení komory během cyklu pro zajištění bezpečnosti personálu a zajištění úplného vyčištění a vydezinfikování,
- dodané přístrojové vybavení musí být nové, nerepasované a nepoužité.

Technická data:

- připojení do sítě 230 V/50 Hz, 1 x 16 A,
- nízká hlučnost - max. 54 dB, úsporná spotřeba vody i energie v závislosti na mycím programu.

Služby spojené s dodávkou

Instalace přístroje:

- dodávka a umístění přístroje na místo určené u uživatele,
- připojení přístroje na potřebná média a zdroje energií, napojení na odpad (viz schéma) a nastavení a ověření parametrů technického zařízení,
- protokolární předání přístroje uživateli,
- součástí dokumentace musí být manuál v českém jazyce

Školení obsluhy:

Školením obsluhy se rozumí prokazatelné sdělení všech potřebných znalostí pro bezpečné a odborné použití předmětu veřejné zakázky, včetně závěrečného ověření získaných znalostí a dovedností.

Školení obsluhy bude v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, např. zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce. Školené osoby musí dosáhnout kvalifikace pro školení dalších pracovníků uživatele v dané věci.

Další podmínky a požadavky:

Doložení veškerých atestů, schvalovacích protokolů včetně prohlášení o shodě, označení shody CE (shoda výrobku s příslušnými předpisy EU).

Z technické dokumentace musí být patrné následující informace:

- klasifikační třída přístroje,
- podmínky a ceny servisu, pravidelných bezpečnostně-technických prohlídek dle zákona nebo pravidelných revizí/prohlídek/validací (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), včetně vystavení protokolu,
- nároky na nezbytnou pravidelnou obměnu součástí přístroje.
- Záruční doba nejméně 24 měsíců.

V nabídce prosím uveďte:

1. Podrobnou technickou specifikaci nabízeného zařízení.
2. Informace o dostupnosti a dodací lhůtě.
3. Jednotkovou cenu za kus bez DPH i s DPH.
4. Záruční podmínky a délku záruky.
5. Podmínky pozáručního servisu včetně dostupnosti náhradních dílů, konkrétně:
 - hodinovou sazbu servisního technika bez DPH,
 - cenu dopravného (za 1 km nebo paušální cenu za výjezd),
 - potvrzení o zajištění pozáručního servisu na území ČR.

Dále:

- informace o možnosti a podmínkách zaškolení personálu,
- informaci o registraci dodavatele/distributora v systému RZPRO, pokud je relevantní,
- informaci o registraci servisní organizace u SÚKL, pokud je relevantní,
- informaci o zajištění a provádění bezpečnostně technických kontrol (BTK), pokud jsou pro dané zařízení vyžadovány, včetně potvrzení o způsobilosti k jejich provádění.

V případě, že předmět plnění je zdravotnickým prostředkem, musí být součástí dodávky Prohlášení o shodě a doložení certifikace dle platné legislativy pro zdravotnické prostředky (zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, resp. dle MDR 2017/745).

Cenovou nabídku vč. požadovaných dokumentů prosím zašlete na e-mail: **zakazky@pnbrno.cz** do **26.10.2026.**

Za Psychiatrickou nemocnici Brno
Bc. Ondřej Lukas
referent obchodního střediska